



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ- НИШ
Телефон 4226-448, 4226-384; Телефакс 4225-974; Пошт.фах 39
Булевар др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш, Србија

Број: 07-2632
Датум: 28.06.2018. године

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12 и бр. 14/15 68/2015), Извештаја о стручној оцени понуда бр. 07-2629 од 28.06.2018. године, као и овлашћења из чл. 20. Статута Института за јавно здравље Ниш, в.д. директора Института доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

У отвореном поступку јавне набавке добара - опрема за рад у лабораторијама (Аутоматизовани апарат за имунолошко тестирање), за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2018. годину, редни број ЈН 8-1/2018. додељује се уговор понуђачу ЕУРОДИЈАГНОСТИКА д.о.о., Лазе Лазаревића 23, 21000 Нови Сад, ПИБ 104506404,

Образложење

На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 07-1777 од 07.05.2018. године, покренут је поступак јавне набавке добара - опрема за рад у лабораторијама (Аутоматизовани апарат за имунолошко тестирање), за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2018. годину, редни број ЈН 8-1/2018.

Ознака и назив из општег речника набавки: 33100000 - медицинска опрема

Средства за предметну набавку су опредељена у Финансијском плану (конто 512000) и Плану јавних набавки Наручиоца за 2018. годину, на позицији 1.1.16.

Процењена вредност јавне набавке: 4.980.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Благовремено, до 07.06.2018. године до 10:00 часова пристигле су понуде следећих понуђача:

Редни бр. /заводни бр.	Назив понуђача	Датум пријема	Време пријема
1. 07-2242	„ЕУРОДИЈАГНОСТИКА“ Д.О.О. Лазе Лазаревића 23, 21000 Нови Сад, ПИБ 104506404	06.06.2018	10:11
2. 07-2243	„YUNYCOM“ Д.О.О. Булевар ослобођења 185, 11000 Београд ПИБ 100219473	06.06.2018	10:15

07-2244	„МАКЛЕР“ Д.О.О. Београдска 39,11000 Београд ПИБ 100157468	06.06.2018	10:15
4. 07-2253	„ЛАБТЕХ“ Д.О.О. Генерала Михаила Недељковића 87, 21000 Нови Сад, ПИБ ПИБ 10167268	07.06.2018	09:05

Неблаговремених понуда није било

Подаци из понуда понуђача:

ПОНУЂАЧ	ЕУРОДИЈАГНОСТИ КА Д.О.О., Лазе Лазаревића 23, 21000 Нови Сад, ПИБ 104506404	YUNYCOM Д.О.О. Булевар ослобођења 185, 11000 Београд ПИБ 100219473	МАКЛЕР Д.О.О. Београдска 39, 11000 Београд ПИБ 100157468	ЛАБТЕХ Д.О.О. Генерала Михаила Недељковића 87, 21000 Нови Сад ПИБ 10167268
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ	30 дана	60 дана	/	30 дана
РОК ИСПОРУКЕ У ДАНИМА	3 дана	45 дана	/	30 дана
РОК ПЛАЋАЊА	60 дана	60 дана	/	45 дана
ГАРАНТНИ ПЕРИОД	2 године	2 године	/	2 године
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а у динарима	4.680.000,00	2.400.000,00	/	5.025.500,00

Поступак отварања понуда спровела је Комисија наручиоца дана 07.06.2018. године и о томе сачинила Записник број 07-2274 од 07.06. 2018. године.

Након стручне оцене понуда Комисија констатује следеће:

1.Понуда понуђача МАКЛЕР Д.О.О је неприхватљива, због битних недостатака, јер не садржи:

- попуњен образац понуде
- попуњен модел уговора
- средство за обезбеђење озбиљности понуде (меницу, менично овлашћење, картон депонованих потписа)
- попуњен образац структуре цене
- и друге доказе о испуњености услова предвиђених конкурсном документацијом

Из наведених разлога Комисија прдлаже да се понуда овог понуђача одбије као неприхватљива.

2.Понуда понуђача ЛАБТЕХ Д.О.О. је неприхватљива, јер прелази износ процењене вредности јавне набавке (Процењена вредност јавне набавке је 4.980.000,00 динара без ПДВ, а понуђена цена 5.025.500,00 динара, без ПДВ.

Из наведених разлога Комисија предлаже да се понуда овог понуђача одбије као неприхватљива.

3. Понуда понуђача YUNYCOM Д.О.О. је неприхватљива, тј. неодговарајућа из разлога што не испуњава све техничке спецификације. Наиме, понуђени апарат овог понуђача LIAISON XL произвођача DIASORIN, не испуњава у потпуности све тражене техничке карактеристике предвиђене конкурсном документацијом наручиоца.

Конкретно, на страни 6. Конкурсне документације у одељку III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА.... дефинисане су техничке карактеристике апарата који је предмет набавке.

Понуђени апарат не испуњава тражене техничке карактеристике из тачке 16. којим су дефинисане максималне димензије апарата. Предвиђено је да апарат мора бити димензија (без монитора и штампача) висине 100 цм, ширине 120 цм и дубине 100 цм, са могућношћу одступања до 10%.

У понуди YUNYCOM Д.О.О, у приложеном каталогу понуђеног апарата LIAISON XL, у делу каталога који се односи на техничке спецификације (ENVIRONMENTAL FEATURES) наведене су димензије апарата (без монитора и штампача): висина 150 цм, ширина 150 цм и дубине 90 цм. Наведене димензије не одговарају траженим техничким спецификацијама.

Такође, понуда YUNYCOM Д.О.О не садржи податке који се односе на тачку 14. и 15. техничке спецификације (подаци о максималној мртвој запремини узорка и максималној запремини узорка за извођење анализа за сваки тест под тачком 12), те је оцењена као неодговарајућа и неприхватљива.

Наиме, у Конкурсној документацији, у одељку III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА.... на страни 6 наведено је: „Ако понуђено добро не поседује тражене техничке карактеристике, сматраће се неодговарајућим.“

У Конкурсној документацији, у одељку VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, које садржи податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке, наведено је:

„Од понуђача се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених информација и података који су наведени у конкурсној документацији или подношење понуде која не испуњава услове из конкурсне документације представља ризик за понуђача и као резултат може имати одбијање његове понуде“

На страни 14. УПУТСТВА, предвиђено је и то да понуда мора, између осталог, да садржи:

„Доказ да понуђени апарат поседује тражене техничке карактеристике (каталог, или брошура или било који оверени документ издат од стране произвођача који недвосмислено потврђује да понуђени апарат поседује тражене карактеристике (маркирати транспарентним фломастером захтеване техничке карактеристике)“

Чланом 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама, предвиђено је да је одговарајућа понуда понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Истим чланом, тачка 33), предвиђено је да је прихватљива понуда понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности.

Чланом 107. став 1. Закона о јавним набавкама предвиђено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа у оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Из наведених разлога, Комисија предлаже да се понуда понуђача YUNYCOM Д.О.О одбије као неприхватљива, јер је у поступку стручне оцене понуда утврђено да не испуњава све техничке спецификације, те није одговарајућа.

Рангирање понуда

Комисија је констатовала да је једина прихватљива понуда понуђача ЕУРОДИЈАГНОСТИКА Д.О.О., Лазе Лазаревића 23, 21000 Нови Сад, ПИБ 104506404, па предлаже да се донесе одлука о додели уговора наведеном понуђачу.

Узимајући у обзир напред наведено в.д.директора је прихватио предлог Комисије, те је на основу законског овлашћења донео одлуку као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија захтева се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе прописане чланом 151.ЗЈН. Уз захтев доставити доказ о уплати таксе.

Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Института..

Marinko



В.Д. ДИРЕКТОРА
Доц. др Милодраг Стојановић

16.04