



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39
Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија
www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07-2544

Датум: 28.06.2019

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара Опреме за рад у лабораторијама, редни број ЈН 12-1/2019 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2019. годину

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 26.06.2019. године, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 26.06.2019. године у 11:54 сати у коме се поставља следеће питање:

„Поштовани,

Молим Вас да одговорите на следеће питање везано за јавну набавку бр.12-1/2019

У конкурсној документацији на стр. 9/42, наведено је да је понуђач дужан да достави оригинални каталог произвођача за понуђени апарат, са маркираним захтеваним техничким карактеристикама или брошуру или било који оверени документ издат од произвођача који недвосмислено потврђује да апарат поседује захтеване техничке карактеристике.


Да ли је довољно за техничке карактеристике које се не налазе у оригинал каталогу као доказ доставити изводе упутстава који нису оверени, али недвосмислено потврђују техничке карактеристике уређаја?

Достављамо следећи одговор:

Није одговарајуће понудити захтеване техничке карактеристике на изводима из упутстава који нису оверени од произвођача.

Срдачан поздрав,

Председник комисије за јавну набавку ЈНМВ 12-1/2019



Биљана Љубеновић