

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Бр. 07-2458

21. 06. 2019 год.

НИШ, Булевар др Зорана Ђинђића 50



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ-НИШ

Телефон 4226-448, 4226-384; Телефакс 4225-974; Пошт.фах 39

Булевар др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш, Србија

ДРУГО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 12-1/2019

Наручилац: *Институт за јавно здравље Ниш*
Адреса: *Бул. др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш*
Интернет страница: <http://www.izjz-nis.org.rs/>

У отвореном поступку јавне набавке добара 12-1/2019 Опрема за рад у лабораторији (партије 1-5) Наручилац је дана 18.6.2019. године примио Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације

Партија 2:

1. Да ли је потребно у комплет укључити 1 или 5 комада одговарајући Фловметер са опсегом 0.3-3 л/мин

Одговор: Довољно је понудити један одговарајући Flowmeter са опсегом 0.3-3 л/мин

2. Да ли ови понуђени мерачи протока (горе поменути) у комплету са пумпама морају бити еталонирани или не

Одговор: Понуђени мерач протока у комплету са пумпама мора бити еталониран, као што је и предвиђено конкурсном документацијом (стр.10)

3. Да ли је потребна да понуђене пумпе имају заштиту:

Intrinsically Safe (IECEx)

Ex ia I Ma

Ex ia IIC T4 Ga

Ex ia IIIC T1350C Da

(Ta = -200C to +450C)

Одговор: Конкурсном документацијом није предвиђена обавеза да понуђене пумпе имају наведене карактеристике. Понуда наведеног добра са наведеним карактеристикама биће прихваћена, под условом да испуњава све остале захтеве.

4. Да ли је прихватљиво понудити пумпу опсега 1000-5000 мл и 5-500мл са адаптером за мале протоке?

Одговор: Није прихватљива понуда са наведеним карактеристикама.

5. Да ли се нуди 1 или 5 комплета за заштиту пумпе од контаминације

Одговор: Довољно је понудити један комплет (сет) са 5 комада за заштиту пумпе од контаминације

6. Да ли понуђена пумпа треба да има гумену навлаку која је штити од физичких оштећења приликом пада или удара

Одговор: Уколико је произвођачком спецификацијом предвиђено да постоји гумена навлака која је штити од физичких оштећења приликом пада или удара потребно је понудити уз пумпу.

7. Да ли је потребно да пумпа буде у складу са ИСО13137

Одговор: Конкурсном документацијом није предвиђена обавеза да понуђене пумпе буду у складу са ИСО13137.

8. Да ли је потребно да пумпа има ИП65 заштиту

Одговор: Конкурсном документацијом није предвиђена обавеза да понуђена пумпа има ИП65 заштиту.

Партија 3:

1. У називу партије пише Дигитални 'Flowmeter' а у опису техничких карактеристика пише 'Flowmeter' игличасти. Који мерач протока треба нудити - дигитални или игличасти. Уколико се нуди игличасти, уз њега треба да иде и постоље.

Одговор: Потребно је понудити дигитални "Flowmeter". Сагласно наведеном, мења се конкурсна документација.

Конкурсна документација за ЈН12-1/2019 - прва измена, у прилогу.

Председник Комисије:

Биљана Љубеновић

