



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Тел: 018 4226-448, 4226-384; Факс: 018 4225-974; Поштански фах 39

Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 50, 18 000 Ниш; Република Србија

www.izjz-nis.org.rs; Жиро рачун: 840-605-667-34; ПИБ: 100668630

Број: 07 - 2512

Датум: 13.07.17

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуга Сервисирања, поправке и одржавања медицинске и лабораторијске опреме са заменом резервних делова редни број ЈНМВ 10/2017 за потребе Института за јавно здравље Ниш за 2017. годину.

Поштовани,

У вези захтева за додатним појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица од 12.07.2017. године, упућеног електронском поштом а примљеног од стране Института за јавно здравље Ниш 12.07.2017. године у коме се постављају следећа питања:

,,Поштовани,

Detaljnog analizom dostavljene nam konkursne dokumentacije za Javnu nabavku broj JNMV 10/2017 predmet nabavke: **Servisiranje, popravke i održavanje medicinske i laboratorijske opreme sa zamjenom rezervnih delova**, ustanovili smo da su nam potrebne dodatne informacije i pojašnjenja pa Vas, u skladu sa članom 63. stav 2., Zakona o javnim nabavkama, blagovremeno, u predviđenom roku, molimo da nam odgovorite na sledeća pitanja:

Partija br. 1

Pitanje br. 1

Molimo naručioca da nam izdefiniše oznaku sterilizatora Belimed 6-6-9 BS 1, kako ne bi smo došli u zabludu o kom se uređaju radi.

Pitanje br. 2,

Molimo naručioca da radi povećanja konkurenčnosti u predmetnoj javnoj nabavci, izdefiniše u Partiji br. 1 precizno sve stavke, kako bi ponuđač mogao pripremiti adekvatnu ponudu, obzirom da ima potencijalnih ponuđača koji su pružali uslugu servisiranja autoklava Belime 6-6-9 VS 1, ali su naručioci kroz druge javne nabavke obezbeđivali potrošni materijal.

Stavka br. 1 - Zamena kompresorskog ulja

Navedeno je kompresorsko ulje, bez odgovarajućih karakteristika i količine. Obzirom da se tečnost ne meri u komadima, molimo naručioca da izdefiniše karakteristike ulja i litražu.

Stavka 2. - Teflonska mast 25 g i podmaizivanje gume vrata

Molimo naručioca da izdefiniše karakteristike teflonske masti od 25 g, na osnovu kojih bismo mogli da ponudimo odgovarajuću mast.

Stavka 3. - Zamena silikonske gume zaptivke na vratima

Molimo naručioca da izdefiniše stavku 3, pošto je navedeno dobro definisano u jednoj rečenici prepunoj suprotnosti. Da li treba ponuditi silikonsku zaptivku ili gumu? Koje su dimenzije i karakteristike silikonske zaptivke ili gume? Molimo da precizirate zahtev, kako bi potencijalni ponuđač mogli ponuditi kompatibilno dobro.

Stavka 4. - Zamena HEPA filtera

Molimo naručioca da izdefiniše karakteristike i dimenzije HEPA filtera, kako bi potencijalni ponuđač mogli ponuditi kompatibilno dobro.

Stavka 5. - Zamena seta zaptivki parne instalacije

Molimo naručioca da izdefiniše karakteristike seta zaptivki parne instalacije, kako bi potencijalni ponuđači mogli ponuditi kompatibilno dobro.

Stavka 6. - Zamena brzih odvajača kondenzata „Spirax Sarco“

Molimo naručioca da izdefiniše karakteristike brzih odvajača kondenzata, kako bi potencijalni ponuđači mogli ponuditi kompatibilno dobro.

Stavka 7. - Zamena filtera ventilatora kontrolne ploče

Molimo naručioca da izdefiniše karakteristike filtera ventilatora kontrolne ploče, kako bi potencijalni ponuđači mogli ponuditi kompatibilno dobro,

Pitanje br. 3**Dodatni uslovi**

Molimo naručioca da radi proširenja konkurenčije, shodno Zakonu o javnim nabavkama, dozvoli učešće i servisima koji se bave servisiranjem istorodne opreme, a drugih proizvođača. Obzirom da zamena dobara ne zahteva posebnu veština u odnosu na druge proizvođače.

„Očekujemo Vaše odgovore”

Поштовани,

Достављамо Вам следеће одговоре:**Партија 1.****Одговор на питање 1.**

Предмет набавке Партије 1 ЈНМВ 10/2017 услуге **Сервисирања, поправке и одржавања медицинске и лабораторијске опреме са заменом резервних делова** је набавка услуге сервисирања са заменом захтеваних делова и материјала на апарату Аутоматски парни стерилизатор, модел и тип „BELIMED MST-V 6-6-9 VS1“ серијски број 12154.

У овом делу ће Конкурсна документација бити изменјена и биће продужен рок за подношење понуда. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда као и изменјена конкурсна документација биће објављени у законском року на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца

Партија 1.**Одговор на питање питање 2.**

Ставка број 1- Потребно је понудити синтетичко компресорско уље у количини од 500 мл. са услугом замене синтетичког компресорског уља.

Ставка број 2- Потребно је понудити одговарајућу тефлонску масти предвиђену за подмазивање силиконске заптивке на вратима Аутоматског парног стерилизатора, модел и тип „BELIMED MST-V 6-6-9 VS1“ у количини од 25 гр са услугом подмазивања силиконске заптивке на вратима Аутоматског парног стерилизатора, модел и тип „BELIMED MST-V 6-6-9 VS1“

Ставка број 3- Потребно је понудити одговарајућу силиконску заптивку за врата Аутоматског парног стерилизатора, модел и тип „BELIMED MST-V 6-6-9 VS1“ са димензијом : дужина 2620 мм и пречника 19,8 мм са услугом замене силиконске заптивке.

Ставка број 4- Потребно је понудити одговарајући ХЕПА филтер финоге филтрирања 0,2 μm за Аутоматски парни стерилизатор, модел и тип „BELIMED MST-V 6-6-9 VS1“ са услугом замене ХЕПА филтера

Ставка број 5- Потребно је понудити одговарајући сет тефлонских и клингеритних заптивки за цевну инсталацију уређаја Аутоматски парни стерилизатор, модел и тип „BELIMED MST-V 6-6-9 VS1“ са услугом замене одговарајућег сета заптивки.

Ставка број 6- Потребно је понудити брзе одвајаче кондензата „Spirax Sarco“, или одговарајуће за Аутоматски парни стерилизатор, модел и тип „BELIMED MST-V 6-6-9 VS1“ са прикључком од 1/2“ са услугом замене одговарајућих брзих одвајача кондензата.

Ставка број 7- Потребно је понудити одговарајући филтер вентилатора контролне плоче за Аутоматски парни стерилизатор, модел и тип „BELIMED MST-V 6-6-9 VS1“

У овом делу ће Конкурсна документација бити изменеана и допуњена и биће продужен рок за подношење понуда. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда као и изменеана конкурсна документација биће објављени у законском року на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца

Све детаљније информације о апарату Аутоматски парни стерилизатор, модел и тип „BELIMED MST-V 6-6-9 VS1“ можете видети на званичној интернет страници производа

<http://www.belimed.com/en-cn/medical/products/sterilizers/vertical-sterilizer/mst-v-669/>

Партија 1.

Одговор на питање питање 3.

Наручилац остаје при додатном услову Да је понуђач у претходне три године успешно извршио сервисирање минимум једног апарате: аутоклав са фракционим вакумом БелиМед. У поступку истраживања тржишта Наручилац је утврдио да више понуђача испуњава захтевани додатни услов те није нарушено начело обезбеђивања конкуренције. Захтевани додатни услов је у складу са члановима 76. и 77. Закона о јавним набавкама и обезбеђује одржавање начела ефикасности и економичности у поступку јавне набавке.

Срдачан поздрав,

Члан комисије за јавну набавку ЈНМВ 10/2017



Александар Милић